



Державне підприємство
 "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів"
 (ДП "Укрметрtestстандарт")
 State Enterprise
 "All-Ukrainian State Research and Production Center for Standardization, Metrology, Certification and Consumers' Rights Protection"
 (SE "Ukrmetrteststandard")



4K004
 ДСТУ ISO/IEC 17025

СВІДОЦТВО ПРО КАЛІБРУВАННЯ
 Calibration Certificate

Реєстраційний №: UA/24/171108/ 0217 Дата калібрування: 08.11.2017
 Reference number: Date of calibration:

Об'єкт калібрування: Установка проливна
 Object:

Виробник: МПП "ТАКТ"
 Manufacturer:

Тип: УВЛ 15/50-02С
 Type:

Заводський/серійний номер: 013
 Serial number:

Назва та адреса замовника: КП "Водоканал м. Ужгорода"
 The name and address of the customer:

Місце калібрування: м. Ужгород
 Place of calibration:

Кількість сторінок свідоцтва: 3
 Number of pages of the certificate:

Директор інституту № 2
 Director of institute № 2



Official stamp

Начальник відділу № 24
 Head of department № 24

підпис/signature А.Б. Глебов
 ініціали, прізвище /name

підпис/signature С.В. Чередниченко
 Ініціали, прізвище /name

B053 SUP-1-UR-4

Всі вимірювання мають простежуваність до одиниць Міжнародної системи SI, які відтворюються національними еталонами НМІ.
 Орган акредитації (НААУ) є повноправним членом Міжнародної асоціації з акредитації лабораторій (www.ilac.org) і підписантом угоди ILAC MRA. Свідоцтва про калібрування, видані акредитованими об'єктами, що підписали Домовленість про взаємне визнання ILAC (MRA) визнають всі сторони, які підписали ILAC MRA.
 НААУ є підписантом багатосторонньої угоди з Європейською кооперацією з акредитації (EA).
 Користувач зобов'язаний повторно калібрувати об'єкт через певні проміжки часу.
 Дане свідоцтво про калібрування може бути відтворене тільки повністю. Будь-яка публікація або часткове відтворення змісту свідоцтва можливе лише з письмової згоди Калібрувальної служби, що видала свідоцтво. Свідоцтво про калібрування без підписів і печатки не дійсне.

All measurements are traceable to the SI units which are realized by national measurement standards of NMI.
 The accreditation body (NAAU) is full member of the International Laboratory Accreditation Cooperation (www.ilac.org). Calibration certificates issued by facilities accredited by a signatory to the ILAC Mutual Recognition Arrangement (MRA) are accepted by all signatories to the ILAC MRA.
 The NAAU is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for Accreditation (EA).
 The user is obliged to have the object recalibrated at appropriate intervals.
 This certificate shall not be reproduced, except in full. Any publication extracts from the calibration certificate requires written approval of the issuing Calibrating services.
 Calibration certificates without signature and seal are not valid

Адреса ДП «Укрметрtestстандарт»: вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143, Україна
 Address SE "Ukrmetrteststandard": 4 Metrologichna str, 03143, Kyiv, Ukraine
 Телефон/Phone: +38 (044) 526-52-29, факс/fax: +38 (044) 526-42-60, електронна адреса/e-mail: ukrcsm@ukrcsm.kiev.ua, сайт/website: www.ukrcsm.kiev.ua

Атестат про акредитацію № 4K004 від 04.04.2016 р.
 Accreditation certificate 4K004 from 04.04.2016